

REGULAMIN

korzystania z cytometru przepływowego Beckman-Coulter FC500

Opiekun aparatury (operator): Wojciech Glac

1. Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Z urządzenia korzystać mogą wyłącznie:
 - a. osoby przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia
 - b. osoby, które uzyskały zezwolenie na użytkowanie od Kierownika Katedry
 - c. osoby, które uzyskały zezwolenie na użytkowanie od Opiekuna aparatury
3. Osoby zamierzające wykonać badanie z wykorzystaniem urządzenia, które nie spełniają wymogów opisanych w punkcie 2, zlecają wykonanie badania Opiekunowi aparatury. Opiekun wskazuje możliwy termin wykonania badania.
4. Rezerwacja czasu pracy urządzenia odbywa się w porozumieniu z Opiekunem aparatury.
5. Materiał poddawany badaniu z wykorzystaniem urządzenia powinien przygotowany być zgodnie z wymaganiami urządzenia, tak aby nie doszło do zakłócenia pracy urządzenia lub jego trwałego uszkodzenia. Osoba przygotowująca materiał do badania bierze odpowiedzialność za ewentualne straty finansowe wynikające z błędnego przygotowania materiału do badania.
6. Zabronione jest podłączanie jakichkolwiek urządzeń (w tym również pamięci przenośnych) oraz instalowania bądź uruchamiania dodatkowego oprogramowania w urządzeniu lub komputerze sterującym pracą urządzenia.
7. Do obowiązków Opiekuna aparatury należy systematyczna kontrola jego parametrów technicznych i wykonywanie innych czynności zapewniających bezpieczną pracę z urządzeniem, a także prowadzenie dziennika pracy aparatury, określanie kolejności wykonywanych pomiarów oraz prowadzenie szkoleń obsługi aparatury. Opiekun aparatury przeprowadza szkolenia w zakresie obsługi aparatury.
8. Do obowiązków osoby korzystającej z urządzenia należy kontrola bieżącej pracy urządzenia oraz wykonanie rutynowych prac konserwujących związanych z bieżącym użytkowaniem urządzenia, a także zgłaszanie Opiekunowi aparatury wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości pracy urządzenia.
9. Każda osoba korzystająca z urządzenia ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ oraz właściwego wpisu do dziennika pracy urządzenia bezpośrednio po zakończeniu jego użytkowania, w tym imię i nazwisko, datę, czas użytkowania, rodzaj prowadzonych badań, a także uwagi dotyczące stanu oraz pracy urządzenia.